



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,VML

Pipeta automática 500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Metrological parameters	
Volumen	500 µl ÷ 5000 µl
Error de la exactitud	2,0% / 0,5%
Error de la repetibilidad	0,6% / 0,15%
Terminaciones	5000 µl



Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Dispositivo automático para la calibración de pipetas multicanal